



LABORATORY AND MEDICAL EQUIPMENT
Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis
Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10, CZECH REPUBLIC
596241785; 596 241 960 fax 596 241 852 GSM 603 464 790
www.optingservis.cz E-mail: optingservis@optingservis.cz

Elitech RC-5 digitální teplotní USB Data Logger


Teploměr Elitech RC-5



- Výrobce:** Jiangsu Jingchuang Electronics Co.Ltd., Elitech Technology, Inc., USA
- Charakteristika:** Netoxický, ekologický, hygienický
- Rozsah měření:** -30 °C až +70 °C
- Přesnost měření:** ± 0,5 °C v rozsahu -20 až +40 °C, jinak ± 1 °C
- Rozlišení:** 0,1 °C
- Použití:** Přístroj je vhodný pro záznam teploty při skladování a přepravě léků, potravin, chemikálií apod., zaznamenává minimální a maximální teploty, které lze archivovat ve vašem PC. Splňuje podmínky pro měření teploty v lednicích, v lékárnách a zdravotnických zařízeních, vyhovuje předpisu SUKL DIS-15 verze 3.
- Obsah balení:** Přístroj, baterie, návod k obsluze v českém jazyce, instalační CD (software pro správu dat) a kalibrační list
- Poznámka:** Rozměry 80 x 25 x 12 mm, váha 0,3 kg, baterie 1x CR2032, interní NTC tepelný odpor, rozhraní USB, kapacita záznamů až 32.000 bodů, vodotěsný (stupeň IP67)

USB Plug and Play

PDF/ EXCEL/ WORD/ TXT Aviable





RC-5 Data Logger	
2	User Information testovací č.1
3	Number VDI1
4	Interval 0:1:0 H:M:S
5	Delay Time 0.0 H
6	Data Sum 11333
7	Temperature Maximum 36.8°C
8	Temperature Minimum 1.4°C
9	Temperature Average 22.9°C
10	Temperature Alarm Upp 8.0°C
11	Temperature Alarm Low 2.0°C
12	Start Time 2016-09-01 13:01:04
13	End Time 2016-09-09 09:53:04
14	Date Format yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	Temperature Unit °C
16	Number
17	Time
18	Temperature°C
19	1 2016-09-01 13:01:04 28.5
20	2 2016-09-01 13:02:04 28.2
21	3 2016-09-01 13:03:04 27.9
22	4 2016-09-01 13:04:04 27.7
23	5 2016-09-01 13:05:04 27.6
24	6 2016-09-01 13:06:04 27.5
25	7 2016-09-01 13:07:04 27.3
26	8 2016-09-01 13:08:04 27.3
27	9 2016-09-01 13:09:04 27.2
28	10 2016-09-01 13:10:04 27
29	11 2016-09-01 13:11:04 26.2
30	12 2016-09-01 13:12:04 25.4
31	13 2016-09-01 13:13:04 24.5